

機器点検・精度管理一覧

医療法人相生会 墨田病院

2023年4月1日作成

No	項目	設置場所	頻度		記録 ^{※1}			
			日常点検	定期点検	日常点検	定期点検		
1	臨床検査機器 (生化学的検査、血液学的検査、尿検査、免疫学的検査、PCR検査)	LSIメディエンス墨田ラボラトリーへ外部委託						
2	冷蔵庫 (検体保管)	検査室	営業日に1日1回 温度管理	業者による保守点検	○	○		
3	冷凍庫 (検体保管)	検査室	営業日に1日1回 温度管理	1回/年、業者による保守点検	○	○		
4	超低温冷凍庫 (検体保管)	検査室	営業日に1日1回 温度管理	1回/年、業者による保守点検	○	○		
5	冷却遠心分離機	検査室	使用前：点検表に沿って自主点検	1回/年、業者による保守点検	○	○		
6	心電計	-	使用前：点検表に沿って自主点検 月1回 清掃	1回/年、業者による保守点検	○	○		
7	血圧計	-	使用前：点検表に沿って自主点検	1回/年、業者または臨床工学技士による保守点検	○	○		
8	体重計	-	使用前：点検表に沿って自主点検	1回/2年、業者による保守点検	○	○		
9	身長計	-	定めなし	1回/年、院内での保守点検	なし	○		
10	体温計	-	定めなし	品質保証期間内に交換 1回/年、院内での保守点検	なし	○		
11	温度ロガー (治験薬:室温、冷蔵、冷凍)	治験薬保管室	定めなし	1年ごとに交換	なし	なし ^{※2}		
12	棒状温度計 (検体保管：冷凍)	検査室	定めなし	品質保証期間内に交換	なし	なし ^{※2}		
13	棒状温度計 (検体保管：冷蔵)	検査室	定めなし	1回/年、校正器による自主点検	なし	○		

※1 原則、閲覧のみとし写の提供はいたしません。

※2 保証書あり